

# Гелиевый течеискатель KYKY ZQJ-3000

Модель: ZQJ-3000 | Течеискатели и системы контроля герметичности



## Технический лист

Гелиевый течеискатель KYKY ZQJ-3000 применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

## Карточка оборудования

[kykytech.ru](http://kykytech.ru)

## Технические характеристики

| Параметр                | Значение                                                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                  | ZQJ-3000                                                                                      |
| Группа оборудования     | Гелиевые течеискатели                                                                         |
| Тип                     | гелиевый масс-спектрометрический течеискатель                                                 |
| Методы контроля         | вакуумный метод и метод щупа                                                                  |
| Режимы чувствительности | GROSS, FINE, ULTRA                                                                            |
| Рабочий газ             | гелий                                                                                         |
| Назначение              | поиск и количественная оценка утечек в изделиях и вакуумных системах                          |
| Подготовка              | выбор режима выполняется по объему изделия, допустимому давлению и требуемой чувствительности |
| Исполнение              | гелиевый течеискатель                                                                         |

## Назначение

Предназначен для обнаружения, локализации или количественной оценки течей в изделиях и вакуумных системах. Метод испытаний выбирают по допустимой утечке и конструкции объекта.

## Что учитывать при подборе

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | минимальная обнаруживаемая утечка              |
| 2 | вакуумный, щуповой или камерный метод          |
| 3 | максимальное давление на входе и время отклика |

---

4 оснастка, контрольная течь и форвакуумная часть

Подбор исполнения и совместимых компонентов: [vac@kykytech.ru](mailto:vac@kykytech.ru)